

Philippe ESPINASSE  
Affaires Réglementaires et Médicales  
s/c Christophe CASTELLANO  
Directeur Exécutif des Opérations  
**ASKLÉSANTÉ** groupe WINNCARE  
200 rue Charles Tellier - 30034 Nîmes cedex 1

Nîmes, le 25 Septembre 2007


**OBJET** : Engagement sur l'honneur d'équivalence de références

**SUJET** : matelas viscoélastique ALOVA

**Réf** : ARMM\_C\_07\_0218\_A

Je, soussigné Philippe Espinasse, agissant en tant que Responsable des Affaires Réglementaires et Médicales pour la société **ASKLESANTE** groupe Winncare, certifie que les résultats de tests d'essai inclus dans l'attestation de conformité jointe, fournies au titre du matelas viscoélastique ALOVA monobloc référence VMAST2, sont applicables pour les produits de référence VMA62/VMA63/VMA64/VMAST/VMA80. Ces dispositions s'appliquent par extension à la condition que le matelas soit protégé par la housse Promust PU fournie par **ASKLESANTE**.

A valoir ce que de droit,



Philippe ESPINASSE  
S/c Christophe CASTELLANO  
**ASKLESANTE** groupe Winncare

# ATTESTATION DE CONFORMITE

aux exigences du Protocole d'évaluation des matelas, des surmatelas et des coussins  
d'aide à la prévention des escarres (avis du 21 juillet 2005)

Identification du dispositif : **Matelas VMA ST2**

Description du dispositif : **Base en mousse HR Tramico bleue H3834R,  
collée sur un élément visco blanc**

Référence de la protection : **Housse Promust PU bleue**

Demandeur du certificat : **ASKLE Santé (Groupe Winnicare)  
200 rue Charles Tellier – Z.I. de Grézan – 30000 NIMES**

Au vu

des rapports d'audit **F040118/CEMATE/1 – F010117/CEMATE/1 et F060534**

des résultats figurant sur les rapports d'essais référencés :

- **F100205/CEMATE/9** relatif aux essais de comportement au feu (*avec protection*) ;
- **F100205/CEMATE/13** et **F120414/CEMATE/2** relatifs aux essais de caractérisation des matériaux (*mousse Visco et mousse HR 3834 R Tramico*) ;
- **F100184/CEMATE/4** relatif à l'essai de perméabilité (*protection*) ;
- **F100184/CEMATE/3** relatif aux essais de matériau (*protection*) ;
- **G101083/CQPE/1** (*matelas avec protection*) relatif :
  - . aux essais de répartition des pressions avant et après vieillissement,
  - . aux essais de répartition au poids maximal revendiqué (135 kg),
  - . au contrôle : dimensionnel et de la notice ;

le matelas VMA ST2 testé est déclaré conforme aux exigences du document de référence.



Trappes, le 8 mars 2007

Le Chef de la Division Dispositifs Médicaux

Olivier PIERSON

Cette attestation est délivrée dans les conditions suivantes :

1. Elle ne s'applique qu'à l'article essayé et pour les essais réalisés consignés dans l'affaire G101083
2. Elle n'implique pas qu'une procédure de surveillance ou de contrôle de fabrication ait été mise en place par le LNE.
3. Des copies peuvent être délivrées sur simple demande auprès du demandeur.

## Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00

Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : [info@lne.fr](mailto:info@lne.fr) • Internet : [www.lne.fr](http://www.lne.fr) • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244

Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP