Techniczne wyroby pomocnicze z mikrokulkami dla utrzymania pozycji

ZALECENIA
Pierwszym krokiem w profilaktyce odleżyn u leżącego pacjenta jest zmiana punktów podparcia ciała na materacu średnio co 3 godziny, aby ograniczyć zbyt długie ściskanie naczyń przez wystające elementy kostne i umożliwić ukrwienie tkanek.

INSTALACJA
• Patrz wszystkie możliwe konfiguracje na ostatniej stronie.

WSKAZANIA
Ułożenie poszczególnych części ciała (biodra, kolana, stopy) w pozycji leżącej

PRZECIWWSKAZANIA
Poduszka modułowa w kształcie koła (VCP12CIC) nie jest przeznaczona dla pacjenta siedzącego.

SKŁAD TECHNICZNYCH WYROBÓW POMOCNICZYCH:
• PODUSZKA: Pokrowiec zgrzewany CIC (kontrola zakażeń krzyżowych) Ag+ (Sanitized Ag)
mikrokulki ze spienionego polistyrenu (EPS), wypełnione w 99% powietrzem. nici poliestrowe o właściwościach bakteriostatycznych.

CZYSZCZENIE/DEZYNFEKCJA: • Total Protection Ag+
100% Promust CIC: 58 % poliestru – 35 % poliuretanu poliwęglanowego – 8% innych materiałów.

Wyrób zabezpieczony substancją biobójczą bez zagrożenia dla użytkownika. www.winncare.fr

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OSŁONAMI
• Możliwy jest bezpośredni kontakt z uszkodzoną skórą pacjenta (Oeko-Tex®100 klasa 1)
• Nie używać produktów ściernych, czyszczących ani rozpuszczalników oraz przedmiotów ostrych i tnących w bezpośrednim kontakcie z pokrowcem.
• Sprawdzać wzrokowo jeden lub kilka razy w roku prawidłowy stan poduszek. W przypadku wyraźnej zmiany wyglądu lub uszkodzenia pierwszego zgrzewu produkt należy wycofać z użycia i usunąć.

PRZECHOWYWANIE
• Produkty powinny być przechowywane na płasko i zabezpieczone przed bezpośrednim światłem słonecznym i nadmierną wilgocią.

USUWANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH
• Nie palić i nie wyrzucać produktów poza wyznaczonymi miejscami.

GWARANCJA
Okres gwarancji wyrobów pomocniczych mikrokulkowych CIC wynosi 1 rok w normalnych warunkach użytkowania. Obowiązuje ona od daty zakupu u dystrybutora. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia wyrobu i jego pokrowca, i nie zastępuje gwarancji prawnych. Prosimy skontaktować się ze sprzedawcą i przekazać mu uszkodzony produkt, podając numer partii (patrz oznakowanie metodą sitodruku ma powierzchni pokrowca).
Sprzedawca podejmie niezbędne kroki wobec WINNCARE Services (04 66 02 15 23) w celu naprawy lub standardowej wymiany wyrobu.

Zapobieganie powstawaniu odleżyn na poziomie:

Nie namaczać. Umyć ręką i szybko spłukać	
Nie prasować.	
Używanie dopuszczalnego środka zawierającego chlor (roztwór rozcieńczony w stosunku 1:200.)	
Używanie zatwierdzonego detergentu dezynfekującego do powierzchni	
Nie czyścić na sucho	
Nie suszyć mechanicznie	
Czyszczenie w tunelu myjącym	
Czyszczenie parą wodną	
Uwaga! patrz podręcznik użytkownika i (lub) instrukcja obsługi	
Zgodne z obowiązującymi dyrektywami europejskimi	

Materace ALOVA powinny być przechowywane na płasko i zabezpieczone przed bezpośrednim światłem słonecznym i nadmierną wilgocią.	